

附件

技术参数确认表

需求部门	妇产科		设备名称	医用灌注泵	
数 量	1 台		预算金额	2 万	
设备使用需求					
设备用途及使用范围		用于宫腔镜的膨宫加压和腹腔镜等手术的液体灌注			
安装场地		无特殊要求			
使用环境		无特殊要求			
交付时间		合同签订后 30 天内			
主要技术参数					
主要配置或模块名称		具体性能与参数要求		核心参数设置理由	
		★1. 供水方式：滚动挤压式供水		滚动挤压式供水，能产生大流量水流。能更好的保持腔道形状和视觉效果	
		★2. 流量设定范围：（0.1～1.0）L/min，压力设定范围：（50～400）mmHg（6.6-53.3kPa）		满足不同手术、患者需要	
		▲3. 噪音≤70dB(A)		越小越好	
		4. 灌注管路可高温高压消毒			
单台/套配置需求（一行只写一个配置）					
序号	设备配置名称			数量	单位
1	医用灌注泵主机			1	台
2	灌注管路			2	套

售后服务需求	
保修年限	3 年
耗材及零配件	提供耗材及主要零配件目录（含报价）
故障响应时间	维修到达现场时间≤6 小时（本地）；维修到达现场时间≤24 小时（外地）
配件供应时间	≥10 年
维修资料	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
升级	软件终身免费升级