

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	超声科	荣亚妮	一次性使用活检针	1. 取样槽黏附式磨砂设计； 2. 针尖显影增强技术； 3. 半自动带安全阀设计。	个	2025年6月4日 8时30分至9时
2	超声科	荣亚妮	活检针	1. 可两档取样和原位切割； 2. 有安全锁； 3. 配有同轴套装可选； 4. 针尖锋利，取样饱满； 5. 针尖超声显影，具有刻度标识； 6. 规格型号齐全。	个	2025年6月4日 8时30分至9时
3	超声科	荣亚妮	引流管	1. 猪尾带锁线； 2. 具有穿刺针； 3. 尖端强化，穿刺顺滑； 4. 猪尾侧孔螺旋结构。	根	2025年6月4日 8时30分至9时
4	儿科	何丽	速干手消毒液	1. 乙醇和过氧化氢为主要有效成分的手消毒液，乙醇终浓度 $\geq 80\%$ ，过氧化氢终浓度 $\geq 0.125\%$ ； 2. 可杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌； 3. 可杀灭脊髓灰质炎病毒。	ml	2025年6月4日 8时30分至9时
5	耳鼻咽喉头颈外科	邹璨	鼻腔止血海绵	1. 一次性使用； 2. 无菌； 3. 吸水性 $\geq 500\%$ 。	个	2025年6月4日 8时30分至9时
6	感染控制科	刘雅文	医用丁腈手套	1. 符合《一次性使用医用橡胶检查手套》（GB10213-2006）标准； 2. 丁腈材质； 3. 有多种尺寸规格。	只	2025年6月4日 8时30分至9时
7	皮肤风湿免疫科	靳麦杏	真菌荧光染色液	1. 主要成分包含氢氧化钾、荧光增白剂； 2. 适用标本至少包含皮屑、甲屑、毛发、体液； 3. 适用荧光波段包含340nm-380nm。	人份	2025年6月4日 8时30分至9时
8	胸外科	杨坤富	多功能手术解剖器	1. 与高频发生器和吸引装置配合使用，在高频手术中进行电凝和电切用； 2. 由电极刀头和开关组件（含电凝、电切按钮）、塑料柄、吸烟管、电缆线、插头组件、阀门组件； 3. 采用符合GB/T1220-2007标准的06Cr19Ni10不锈钢和钨制造。	个	2025年6月4日 8时30分至9时